


시험결과서

제 목 : 시험결과서 (2017-IG-00433)

오창본원	발행번호	 한국기초과학지원연구원 KOREA BASIC SCIENCE INSTITUTE
충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 162	IG-00433	
043-240-5021, 5026	페이지 (1/1)	

1. 의뢰자

- 기관명 : 고양교육지원청
- 주소 : (10409)경기도 고양시 일산동구 중앙로 1296, 평생교육건강과 (마두동)
- 의뢰일자 : 2017-05-24

2. 시험결과서의 용도 품질관리

3. 시험대상품목/물질/시료명 : 문화초_삼치 외 10시료

4. 시험기간 : 2017-05-31 ~ 2017-06-07

5. 시험방법 : 고순도게르마늄감마선검출기

6. 시험환경 (필요한 경우)

7. 시험결과 (내용이 초과되면 2페이지에 기재)

(단위 : Bq/kg)

시료명	I-131	Cs-134	Cs-137
문화초_삼치	불검출	불검출	불검출
송포초_가자미	불검출	불검출	불검출
발산중_갈치	불검출	불검출	불검출
백신중교_국멸치	불검출	불검출	불검출
서정중_다시마	불검출	불검출	불검출
신일중_오징어	불검출	불검출	불검출
일산양일중_국멸치	불검출	불검출	불검출
가좌고_오징어	불검출	불검출	불검출
경기영상과학고_건새우	불검출	불검출	불검출
고양고_낙지	불검출	불검출	불검출
고양국제고_동태	불검출	불검출	불검출

검출한계 : 1 Bq/kg (신뢰 수준 95%) 끝

상기 내용은 의뢰자가 제공한 시료에 대한 결과이며, 시료명은 의뢰자가 제시한 것으로 시험결과서의 직인이 없거나 사본은 무효임.
시험결과서는 "용도 이외의 사용 (법적 분쟁 또는 상업적 광고용 등)"을 금함.

확 인	작성자(시험자)	승인자
	한정희 06/07	박찬수 06/07



2017.06.07.

한국기초과학지원연구원장

